




鉄製スタンドの部品交換のサイン

こんな時は部品交換のサイン



台座部分

- 台のがたつきがある
- 汚れ（薬品の付着、サビなど）がある

支柱部分

- 支柱が固定されずにぐらつく

クランプ部分

- クランプのつまみがついていない
- クランプを締めても落ちてくる
- はさみや支持環が回転したり、抜けたりする
- ねじがサビている

ハサミ部分

- バネがしっかり動かない
- ハサミのゴムコーティングがはがれたり、溶けていたりしている
- 汚れ（薬品の付着、サビなど）がある

※ 該当する場合は部品の交換をしましょう。

特に支柱と台座の安定は、安全な実験に必要不可欠です。

※ 該当項目が複数ある場合は、本体ごとの買い替えをお勧めします。

10年を目安に買い替えをお勧めします
購入後8年で廃棄できます



理科教育を支援する
公益社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>