

資料

【アスベスト混入が確認され回収している発売元名と該当製品】(H23.1.31 日現在)

- アズワン(株)ニューセラミック金網(6種) : 120mm,150mm,180mm,210mm,240mm,300mm,
- ケニス(株) セラミック付金網(2種) : 180mm,210mm,
- (株)島津理化 セラミック金網(1種) : 150mm,
- (株)ナリカ セラミック付金網(2種) : 150mm,180mm,
- (株)野中理化工器製作所 セラミック金網(各種)
- (株)神田科学 セラミック金網(2種) : 150mm,180mm,

【アスベスト混入がないことを確認している発売元名と該当製品】

- アズワン(株) セラミック金網(6種) : 120mm,150mm,180mm,210mm,240mm,300mm,
- (株)内田洋行 セラミック付金網(2種) : 150mm,180mm,
- ケニス(株) セラミック付金網(2種) : 150mm,240mm,
- 東京硝子器械 セラミック金網(全種)

【各発売元の金網関連ホームページ】

- アズワン(株) http://www.as-1.co.jp/company/pdf/kaishu_onegai2010.pdf
- (株)内田洋行 <http://www.uchida.co.jp/company/news/customer/101214.html>
- ケニス(株) http://www.kenis.co.jp/whatsnew/what's_new_101224.pdf
- (株)島津理化 <http://www.shimadzu-rika.co.jp/images/tsuuchi1215.pdf>
- (株)ナリカ <http://www.narika.jp/news/>
- (株)野中理化工器製作所 準備中
- (株)神田科学 準備中

※ 当協会会員が発売元となっている流通ルートについては確認しておりますが、会員外のその他の流通ルートについては確認できておりません。以下、関連業界の団体です。

- 日本科学機器団体連合会 <http://sia-japan.com/modules/news/index.php?page=article&storyid=3>

※ ステンレス製金網は金属部のみですので、今回のアスベスト問題には、関係ありません。

【アスベストの取扱いと危険性について】

当該製品のセラミック部にアスベストが「混入している」「混入していない」を外観で見分けることは難しく、納入業者の確認に従ってください。

当該製品のアスベストはセラミック中に練り込められており、削る・折り曲げるなどしない限り、通常使用では空気中に飛散せず問題ありません。

尚、古くなりほぐれてきているようなものは、湿らした新聞紙などで包み、密封式のビニール袋に入れて保管、児童生徒の手に触れないように注意して取り扱ってください。

石綿(アスベスト)は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。(厚生労働省 アスベスト(石綿)についてQ&Aより引用)

<http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html>