



電源装置の修理・買い替えのサイン

点検項目



- 電源を入れたときの異音・異臭
- 出力端子のがたつき・割れ
- 電源コードの傷

こんな症状が出たときは？

電源が入らない

電源コードに破損や傷はありませんか？
電源コードのひっかけによる断線や破損の
場合があります。



警告ランプが点灯、 警告ブザーが鳴る

過電流が流れている可能性があります。



電源を入れても電圧が出ない

本体破損防止用のヒューズが切れて
いる可能性があります。
切れている場合は交換修理を行って
ください。



10年を目安に買い替えをお勧めします

購入後8年で廃棄できます



理科教育を支援する

公益社団法人 日本理科教育振興協会

TEL. 03-3294-0715 ホームページ <http://www.japse.or.jp>